

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

A TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ

ÉS

MEDIREX EGÉSZSÉGÜGYI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KÖZÖTT

**„CSALÁDBARÁT KÖRÜLMÉNYEK MEGTEREMTÉSE A TOLNA MEGYEI BALASSA
JÁNOS KÓRHÁZ SZÜLÉSZETI ELLÁTÁSÁBAN” ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZAT
KERETÉBEN ESZKÖZÖK BESZERZÉSE”
TÁRGYBAN**

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.** (székhely: 1142 Budapest, Szatmár utca 46. a. ép.; Cg.: 01-10-044186, Adószám: 11909879-2-42; Bankszámlaszám: 12001008-01689945-00100003, Raiffeisen Bank Zrt., képv. Tóth Ákos, vezérigazgató:) mint **eladó**;

másrészről a **Tolna Megyei Balassa János Kórház** (székhely: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7.; törzkönyvi azonosító szám: 416306; adószám: 15416308-2-17; képv: dr. Németh Csaba főigazgató; pénzügyi ellenjegyző: Pál József gazdasági igazgató) mint **vevő** között alulírt helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

- 1.1. A Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) bekezdése alapján nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Családbarát körülmények megteremtése a Tolna Megyei Balassa János Kórház szülészeti ellátásában” elnevezésű pályázat keretében **eszközök beszerzése** tárgyában. Az Eladó, mint ajánlattevő ajánlatot tett a közbeszerzési eljárásban, és mint a legkedvezőbb, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő a közbeszerzési eljárást megnyerte.

2. A szerződés tárgya

- 2.1. Eladó eladja Vevőnek, Vevő pedig megvásárolja az Eladó tulajdonát képező, a jelen szerződés 3. számú melléklete szerinti Ajánlattételi felhívás 2. részében/részeiben* és a 2. számú mellékletben meghatározott eszközöket (a továbbiakban: Áru) a műszaki leírásban meghatározott mennyiségi és műszaki előírás, továbbá a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint a Vevő által fizetendő vételár ellenében.
- 2.2. Az Eladó vállalja, hogy a 2. ajánlati rész tekintetében a megajánlott eszközök a következő értékelési szempontoknak megfelelnek:
 - O7. CTG ikerterhességhez esetében esetében a Színes érintőképernyő 12”
 - O7. CTG ikerterhességhez esetében esetében az Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma 12 db
 - O8. CTG esetében esetében a Színes érintőképernyő 12”
 - O8. CTG esetében Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma 12db
 - O12. Újszülött élesztő asztal estében Későbbiek során kiegészíthető a feklapba integrálható csecsemőmérleggel
 - O15. Kékfény ágy esetében Rendelkezik Dedikált pólyával, amelybe az újszülött a kékfényterápiás matracral együtt behelyezhető és inkubátoron kívül is biztonságosan kézbe vehető
 - O17. Nyitott inkubátor esetében a Későbbiek során kiegészíthető a feklapba integrálható csecsemőmérleggel
- 2.3. Az Eladó vállalja az Ajánlattételi felhívásnak, a közbeszerzési dokumentumoknak, az ajánlatnak, továbbá a műszaki leírásnak megfelelő a jelen szerződésben rögzített végső teljesítési határidőig a Vevőnek történő 4. pontban meghatározottaknak megfelelő átadását. Az Eladó az eszközöket átadja, orvostechikai eszköz esetén az üzembe helyezést elvégzi, az eszközökkel kapcsolatos ismereteket átadja, valamint a működtető személyzet oktatását elvégzi.
- 2.4. Vevő nyilatkozik, hogy rendelkezik a jelen szerződésben meghatározott eszközök vételárának pénzügyi fedezetével, mely fedezetet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” CSBSZ 2018. című pályázat keretében elnyert támogatási összege adja.

3. A szerződés időtartama

- 3.1. A szerződés létrejöttének napja, az a nap, amikor azt mindkét fél erre jogosult képviselője útján aláírta. Amennyiben Felek a szerződést eltérő időpontban írják alá, úgy a szerződés a későbbi aláírással lép hatályba. Jelen szerződés megszűnik, ha Eladó és Vevő a szerződéses kötelezettségeit – beleértve az Eladót terhelő mellékkötelezettségeket is – teljesítette, avagy a szerződés más egyéb okból megszűnik.

4. A teljesítés helye és ideje

- 4.1. A teljesítés helye Vevő székhelye, azaz a 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7. (hrs.: szekszárdi 4727/7) és a 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 2/B. (1876/6), Anyaszállítás a PIC mellett, Szülőszoba, Gyermekágyas részleg és az Újszülött osztály. Az eszközök elhelyezésének helyszíneit a Műszaki leírás tartalmazza.
- 4.2. Eladó köteles az Árut a szerződés megkötésétől számított **30 napon belül** Vevőnek a teljesítés helyén átadni és az üzembe helyezését elvégezni a kapcsolatos ismereteket átadni, a működtető személyzet oktatását elvégezni.
- 4.3. Amennyiben Eladó az Áru teljesítési helyre való eljuttatásához fuvarozót vagy más egyéb közreműködőt vesz igénybe, úgy az alkalmas fuvarozási mód választásáért, a fuvarozás során felmerülő esetleges késedelemért, károkért Eladó felel. A kárveszély az Áru sikeres átadás-átvételéig Eladót terheli.
- 4.4. Vevőt a sikeres átadásig az Áru őrzésének kötelezettsége nem terheli.
- 4.5. Az Eladó a szállítást megelőző 3 (három) munkanappal értesíti a Vevőt a szállítás időpontjáról.

5. A vételár és fizetési feltételek

- 5.1. Eladó az átadott Áruért **46.351.500,- Ft + ÁFA, azaz negyvenhatmillió-háromszázötvenegyezer-öttszáz forint plusz általános forgalmi adó** vételárra jogosult, amely magában foglalja az eladói tevékenységek ellenértékét is.
- 5.2. A vételár megfizetése a megadott teljesítési helyen való sikeres átadást követően a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései alapján kiállított teljesítés-igazolás, szállítólevél és számla alapján történik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével.
- 5.3. Az Áru átadását követően Vevő teljesítés-igazolást állít ki, melyből egy példányt átad Eladónak.
- 5.4. Eladó az általa kiállított számlát és mellékleteit megküldi Vevőnek. A fizetési határidő az Áru átadásától számított **30 nap**. A vételár teljesítése átutalással történik.
- 5.5. Amennyiben Vevő a vételár teljesítésével késedelembe esik, úgy Vevő a Ptk. 6:155. §. szerinti késedelmi kamatfizetésére köteles.
- 5.6. A vételár az Áru ellenértékén túl tartalmazza Eladó minden kiadását és költségét, különösen a teljesítési helyre eljuttatás költségét (beleérte az esetlegesen felmerülő útdíjat is), továbbá minden vám, adó és illetékkötelezettséget.
- 5.7. Az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka-kb) szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6. A teljesítés módja

- 6.1. Eladó köteles Vevő munka-, tűzvédelmi és higiéniai szabályait betartani, azokról a szállítást megelőzően tájékozódni.

7. Alvállalkozók

- 7.1. Az Eladó a Kbt. vonatkozó rendelkezései, illetve az ajánlatában meghatározottak szerint jogosult alvállalkozó igénybevételére. Ekként a Vevő kifejezett hozzájárulását adja a Ptk. szerinti közreműködő (alvállalkozó) igénybevételéhez.
- 7.2. Az Eladó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt, másrészt minden alvállalkozó – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségre- átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni az általa végzett munka megkezdéséig. Az előzetes bejelentés, illetve átláthatósági nyilatkozat hiányában az alvállalkozó a teljesítésbe nem vonható be.
- 7.3. Az Eladó a Ptk. 6:148. § szerint felel az alvállalkozók teljesítéséért, szakmai, műszaki színvonalukért és pénzügyi alkalmasságukért. Az Eladó felelősségét a Vevő felé az alvállalkozók igénybevétele nem befolyásolja.
- 7.4. Az Eladó gondoskodik a különböző alvállalkozók irányításáról, utasításáról és a közöttük meglévő együttműködésről.

- 7.5. Az Eladó személyében bekövetkezett változás esetén a Kbt. 139. § (1), (2) bekezdésében foglaltak irányadók.
- 7.6. A Vevő jogosult és köteles ellenőrizni, hogy a szerződés teljesítés során az Eladó a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

8. Szavatosság és jótállás

- 8.1. Eladó az átadott Áru vonatkozásában a Ptk. 6:159. § alapján kellékszavatossággal és jogszatossággal tartozik.
- 8.2. Az Eladó szavatolja és garantálja, hogy az átadott áru alkalmas a használatra, és mentes mindenfajta tervezési, anyagbéli, kivitelezési hibáktól. Eladó az Árura a 3. számú mellékletben foglalt Ajánlattételi felhívás szerint **12 hónap jótállást** vállal, azaz ezen időtartamon belül köteles a hibás Áru javítására, illetve cseréjére.
- 8.3. Amennyiben az Áru, alkatrésze vagy tartozéka cserére kerül, úgy a jótállás időtartama újraindul.

9. Kötbér

- 9.1. Az Eladó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimentí.
- 9.2. Amennyiben az Eladó a szerződés teljesítésével késedelembe esik, úgy Vevő késedelmi kötbérré jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés ellenértékének – áfa nélkül számított – 1 %-a naponta. Ha a késedelem mértéke eléri a 10 napot, úgy Vevő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani.
- 9.3. A Vevő kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a kötelezett szerződésszegéséből kára származott-e, azonban a Vevő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is.
- 9.4. Vevő kötbérterhelőt állít ki a kötbér összegéről, melyet Eladó 15 napon belül teljesíteni köteles.

10. Titoktartás

- 10.1. Eladó a jelen szerződés tartama alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az Vevő jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné. Felek kötelesek a jelen szerződés kölcsönös teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot, valamint az egymás tevékenységére vonatkozó pénzügyi- és gazdasági információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetnek harmadik személlyel olyan adatot, amely a szerződés teljesítésével összefüggésben jutott tudomásukra és amelynek közzlése a másik félre hátrányos következménnyel járhat.
- 10.2. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közzlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.
- 10.3. Kivételt képez a titoktartási kötelezettség alól az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat.
- 10.4. A Felek nyilatkoznak, hogy a szerződéskötés előkészítéséhez, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kezelik. A Felek kijelentik, hogy adatkezeléseik megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”), és
 - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
- 10.5. Mindkét fél köteles a másik fél jó hírnevét megőrizni, annak csorbítására vonatkozó kijelentés megtételétől, magatartás tanúsításától tartózkodni, mind a jelen szerződés tartama alatt, mind azt követően.

11. Kapcsolattartók

Eladó részéről

név: Tóth Bálint, kereskedelmi igazgatóhelyettes
tel.: +36 1 444 4400; +36 30 742 4482
e-mail: sales@medirex.hu

Vevő részéről – szakmai kapcsolattartó:

név: Tam Tibor osztályvezető
tel.: +3674/501-522

e-mail: tam.tibor@tmkorporaz.hu

pénzügyi kapcsolattartó:

név: Magyar-Tóth Erzsébet osztályvezető

tel.: +3674/501-513

e-mail: magyar-toth.erzsebet@tmkorporaz.hu

12. Az adásvételi szerződés felmondása

- 12.1. Vevő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására írásban, indokolással ellátva az alábbi esetekben:
- 12.1.1. ha a Kbt. 143. § szakaszában meghatározott eset bekövetkezik,
 - 12.1.2. ha az Eladó teljesítési késedelmé eléri a 10 napot,
 - 12.1.3. ha az Eladó súlyosan megszegi együttműködési kötelezettségét,
 - 12.1.4. ha az Eladót felszámolási eljárás keretében fizetésképtelenné nyilvánítják.
 - 12.1.5. Az Eladó jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására írásban, indokolással ellátva az alábbi esetekben:
 - 12.1.6. ha a Vevő 120 napot meghaladó fizetési késedelembe esik,
 - 12.1.7. ha a Vevő súlyosan megszegi együttműködési kötelezettségét.
- 12.2. A Vevő jogosult a szerződést írásban tett nyilatkozatával megszüntetni a Kbt. 143. §-ában foglalt okok bekövetkezése esetén, olyan határidővel, mely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladat ellátásáról gondoskodni tudjon.

13. Jogvita

- 13.1. Szerződő felek a szerződés teljesítése során a jelen adásvételi szerződés rendelkezéseit elsődlegesnek tekintik, az ettől való eltérés csak a felek közös megállapodása alapján történhet.
- 13.2. A jelen szerződéssel kapcsolatban keletkezett jogvitát elsődlegesen békés úton, - az igénybejelentéstől számított 15 napon belüli időpontra közösen tűzött - személyes tárgyalás tartásával kísérik meg. Ennek során mindkét fél köteles állítását alátámasztó valamennyi tény bizonyító okiratokat és nyilatkozatokat a másik fél részére megküldeni, hogy azokat az egyeztető tárgyalást megelőzően kellőképpen áttanulmányozhassa. Ha a tárgyalás eredményre nem vezet jogosult a sérelmet szenvedő fél a szerződést felmondani vagy igényének érvényesítésére bírósági eljárást kezdeményezni.
- 13.3. Felek a jelen szerződés alapján keletkezett jogvita eldöntésére a Szekszárdi Járásbíróság – pertárgy értékre tekintettel a Szekszárdi Törvényszék – kizárólagos illetékességét kötik ki.

14. Egyéb rendelkezések, irányadó jogszabályok

- 14.1. Jelen szerződés rendelkezései kizárólag a Kbt. 141. § szakaszának megfelelően módosíthatóak közös akarattal.
- 14.2. Amennyiben az Eladó az 15. pontban rögzített időtartam alatt rajta kívül álló, előre nem látható és a Vevő oldalán felmerülő okból nem képes teljesíteni, vagy feleken kívül álló és előre nem látható okból a teljesítési határidő nem tartható, úgy felek az akadályozó ok fennállásának időtartamával egyező akarattal vállalják a szerződés módosítását.
- 14.3. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
- 14.4. A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
- 14.5. az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában ka-kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;
- 14.6. az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában ka-kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
- 14.7. Az Eladó nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjában rögzítetteknek megfelelően átlátható szervezetnek minősül.
- 14.8. Felek a jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az orvostechikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet vonatkozó rendelkezéseit tartják elsődlegesen irányadónak.

15. Mellékletek

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek függetlenül attól, hogy ahhoz ténylegesen csatolásra kerültek-e.

- 15.1.1 1. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
- 15.1.2. 2. számú melléklet: Ajánlat
- 15.1.3. 3. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás
- 15.1.4. 4. számú melléklet: Műszaki leírás
- 15.1.5. 5. számú melléklet: Teljesítésigazolás

Felek az adásvételi szerződést áttanulmányozást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Szekszárd, 2019. 12.20.

2019 DEC 31.

Medirex Zrt.
1142 Budapest, Szatmár utca 46/A.
Tel.: +36 1 444 4411 E-mail: info@medirex.hu
Adószám: 1909879-2-2

.....
Tóth Ákos, vezérigazgató
Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató
Zrt.
eladó

.....
Tolna Megyei Balassa János Kórház
vevő

Pénzügyi ellenjegyzés a Vevő részéről:

Név:

Aláírás:

Dátum: 2019. 12. 31.

Az okirat jogi szempontú ellenőrzését végezte Vevő részéről:

Dr. Gaál Szonja
Helyettes jogtanácsos
Tolna Megyei Balassa János Kórház
7100 Szekszárd, Bőr B. Á. u. 5-7.
Tolna Megyei Ügyvédi Kamara
KASZ: 36074782

Átláthatósági nyilatkozat

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontjában meghatározott

belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet³ részére

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez

Alulírott

Név: Tóth Ákos

Születési név: Tóth Ákos

Anyja születési neve: Romhányi Zsuzsanna Terézia

Születési helye, ideje: Budapest, 1984.08.29.

mint a

Gazdálkodó szervezet neve: Medirex Zrt.

Székhelye: 1142 Budapest, Szatmár utca 46/a.

Adószáma: 11909879-2-42

Cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi szám: 01-10-044186

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában – nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésnek megfelelően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezet olyan⁴

- belföldi jogi személy⁵
- külföldi jogi személy
- belföldi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet⁶
- külföldi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

amely megfelel a következő feltételeknek:

- a) az általam képviselt szervezet tulajdonosi szerkezte, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 3. § 38. pontja szerint meghatározott *tényleges tulajdonosa megismerhető*, amelyet a jelen nyilatkozat **1. pontjában** mutatok be teljes körűen;
- b) adóilletőséggel rendelkezik⁷
 - az Európai Unió tagállamában
 - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban
 - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában
 - olyan államban, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és ez az ország:[ország megnevezése];⁸
- c) az általam képviselt szervezet *nem minősül* a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. LXXXI. törvény (Tao. tv.) 4. § 11. pontja szerint meghatározott *ellenőrzött külföldi társaságnak*, valamint külföldi illetőségű szervezet esetén vállalom, hogy a Tao. tv. 4. § 11. h) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban mellékelem;

³ A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 7. § 6. pontja szerint: „gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”

⁴ A megfelelő válasz aláhúzendő.

⁵ Jogi személyek: a gazdasági társaság (így a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a részvénytársaság), az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár

⁶ Jelen nyilatkozat értelmében ebbe a körbe az egyéni cég tartozik.

⁷ A megfelelő válasz aláhúzendő.

⁸ A Magyarország kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeit tartalmazó listát ld. az 1. sz. mellékletben.

- d) az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül **va**gy közvetetten *több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró* jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a *megelőző a), b) és c) pontban rögzített feltételek fennállnak*, amelyet a jelen nyilatkozat **2. pontjában** mutatok be teljes körűen.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Amennyiben ezen kötelezettségemnek nem teszek eleget és a nyilatkozatot kérő szerv tudomására jut, hogy az általam képviselt szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben írásbeli felszólításra 5 munkanapon belül nem nyilatkozom a szervezet átláthatóságáról a nyilatkozatot kérő szerv jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és részemre a kifizetés **t** nem teljesíthet.

Kelt, Budapest, *2019.12.20*

Medirex Zrt.
1142 Budapest, Szalmár utca 4b.
Tel.: +36 1 441 4400 E-mail: info@medirex.hu
Adószám: 11909876-2-42



.....
Tóth Ákos

1. pont – nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. (Pmt.) törvény 3. § 38.pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)⁹:

Sorsz.	Név	Születési név	Születési helye	Születési ideje	Anyja születési neve	Tulajdoni hányad (%)	Befolyás, szavazati jog mértéke (%)
1.	Tóth Ákos	Tóth Ákos	Budapest	1984.08.29.	Romhányi Zsuzsanna Terézia	24%	24%
2.	Tóth Balázs	Tóth Balázs	Budapest	1986.06.20.	Romhányi Zsuzsanna Terézia	24%	24%
3.	Tóth Bálint	Tóth Bálint	Budapest	1993.08.25.	Romhányi Zsuzsanna Terézia	24%	24%
4.	Tóth János Tibor	Tóth János Tibor	Jászberény	1958.12.06.	Takács Márta	24%	24%
5.	Tóth Jánosné	Romhányi Zsuzsanna Terézia	Budapest	1960.09.01.	Nagy Terézia	4%	4%

Kelt, Budapest, 2019.12.20.

Medirex Zrt.
1142 Budapest, Szalmár utca 46/B.
Tel.: +36 1 44 4400 E-mail: info@medirex.hu
Adószám: 1909879-2-42



Tóth Ákos

⁹ A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerint:

„38. tényleges tulajdonos:

- az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
- az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
- alapítványok esetében az a természetes személy,
 - aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
 - akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 - aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléká felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
- bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
 - a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
 - a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
 - a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
 - az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
- az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.”

2. rész Orvosi eszközök és egyéb eszközök

Ajánlattevő neve:								
Tétel szám	Eszköz megnevezése	"A"		"B"	"C"		"D"	"E"
		Mennyiség (darab)	Megajánlott nettó egységár (Ft)	Megajánlott nettó egységárral	Mennyiség * megajánlott nettó egységárral (az "A" és a "B" oszlopok szorzata)	Áfa (%)	Bruttó ajánlati ár	
	Fitball 45 cm-es átmérőjű	1	16 500 Ft	16 500 Ft	16 500 Ft	27%	20 955,00 Ft	
O1	Fitball 55 cm-es átmérőjű	1	18 000 Ft	18 000 Ft	18 000 Ft	27%	22 860,00 Ft	
	Fitball 65 cm-es átmérőjű	1	18 000 Ft	18 000 Ft	18 000 Ft	27%	22 860,00 Ft	
	Fitball 75 cm-es átmérőjű	2	23 000 Ft	46 000 Ft	46 000 Ft	27%	58 420,00 Ft	
O2	Csatos babahordozó kendő	4	36 000 Ft	144 000 Ft	144 000 Ft	27%	182 880,00 Ft	
O3	Nagy pontosságú digitális csecsemőmérleg	2	125 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	27%	317 500,00 Ft	
O4	Általános csecsemőmérleg	14	39 000 Ft	546 000 Ft	546 000 Ft	27%	693 420,00 Ft	
O5	Elektromos mellszívó	14	435 000 Ft	6 090 000 Ft	6 090 000 Ft	27%	7 734 300,00 Ft	
O6	Duplafejes elektromos mellszívó	2	445 000 Ft	890 000 Ft	890 000 Ft	27%	1 130 300,00 Ft	
O7	CTG ikerterhességhez	1	925 000 Ft	925 000 Ft	925 000 Ft	27%	1 174 750,00 Ft	
O8	CTG	3	925 000 Ft	2 775 000 Ft	2 775 000 Ft	27%	3 524 250,00 Ft	
O9	Központi CTG monitor	1	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	27%	1 270 000,00 Ft	
O10	Babydoppler	3	80 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	27%	304 800,00 Ft	
O11	Váladákszívó	5	1 725 000 Ft	8 625 000 Ft	8 625 000 Ft	27%	10 953 750,00 Ft	
O12	Újszülött élesztő asztal	2	2 350 000 Ft	4 700 000 Ft	4 700 000 Ft	27%	5 969 000,00 Ft	
O13	Neopuff	1	455 000 Ft	455 000 Ft	455 000 Ft	27%	577 850,00 Ft	
O14	Légzésfigyelő	3	36 000 Ft	108 000 Ft	108 000 Ft	27%	137 160,00 Ft	
O15	Kétfényű	1	925 000 Ft	925 000 Ft	925 000 Ft	27%	1 174 750,00 Ft	
O16	Melegítő ágy	2	2 350 000 Ft	4 700 000 Ft	4 700 000 Ft	27%	5 969 000,00 Ft	
O17	Nyitott inkubátor	1	2 350 000 Ft	2 350 000 Ft	2 350 000 Ft	27%	2 984 500,00 Ft	
O18	Kétfénylampa	1	830 000 Ft	830 000 Ft	830 000 Ft	27%	1 054 100,00 Ft	
O19	Sipap	1	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	27%	5 207 000,00 Ft	
O20	Szállító inkubátor	1	6 600 000 Ft	6 600 000 Ft	6 600 000 Ft	27%	8 382 000,00 Ft	
Nettó ajánlati összeg HUF-ban (FELÖLVASÓLAPON FELTÜNTETENDŐ!)					46 351 500 Ft	27%	58 866 405,00 Ft	

Medirex Zrt.

1142 Budapest Szalmár utca 46/A

Tel.: +36 1 444 7400 E-mail: info@medirex.hu

Adószám: 17909879-2-42



Tételszám	MEGNEVEZÉS	ELHELYEZÉS/MENNYISÉG
O1	Fitball (gimnasztikai)	Szülőszoza 5 db

A/ Ajánlati lap

<u>Gyártó:</u>	<u>The Hygenic Corporation</u>
<u>Típus:</u>	<u>12039, 12041, 12043, 12045</u>
<u>Forgalombahozatali engedély száma:</u>	<u>3819158 (ISO 13485:2016), a megajánlott termékek I. osztályú termékek, így a gyártó nyilatkozik a 93/42/EEC-nek való megfeleléséről</u>

B/ Műszaki adatlap

Előírt paraméter	Követelmény	Megfelelés	Ajánlott paraméterek
Méretetek, és darabszámok: 45 cm-es átmérőjű 1 db, 55 cm-es átmérőjű 1 db, 65 cm-es átmérőjű 1 db, 75 cm-es átmérőjű 2 db	igen	igen	12039 sárga, 45 cm-es átmérőjű 1 db, 12041 piros, 55 cm-es átmérőjű 1 db, 12043 zöld, 65 cm-es átmérőjű 1 db, 12045 kék, 75 cm-es átmérőjű 2 db
Elasztikus műanyagból készült	igen	igen	Elasztikus műanyagból készült
Terhelhetősége	min. 100 kg Kérjük megadni!	igen	Terhelhetősége 450 kg
Szín a nagysággal változik	igen	igen	Szín a nagysággal változik
Anyagában színezett	igen	igen	Anyagában színezett
kiszűrődés esetén lassan leeresztő anyag	igen	igen	kiszűrődés esetén lassan leeresztő anyag, 1-2 perc
1 db pumpával	igen	igen	1 db pumpával
labdánként labdatartó műanyag távtartóval	igen	igen	labdánként labdatartó műanyag távtartóval

Tételszám	MEGNEVEZÉS	ELHELYEZÉS/MENNYISÉG
O2	Bőrkontaktust elősegítő csatos babahordozó kendő	Anyaszállás a PIC mellett 2 db Újszülött részleg 2 db

A/ Ajánlati lap

Gyártó:	Liliputi
Típus:	Lili-tai

B/ Műszaki adatlap

Előírt paraméter	Követelmény	Megfelelés	Ajánlott paraméterek
A csatos és a karikás hordozó tulajdonságait együtt ötvözi	igen	igen	A csatos és a karikás hordozó tulajdonságait együtt ötvözi
A szülés/születés után azonnal alkalmas az újszülött hordozásra	igen	igen	A szülés/születés után azonnal alkalmas az újszülött hordozásra
Szövött kendő anyagból készült, melynek 100% biopamut az alapanyaga	igen	igen	Szövött kendő anyagból készült, melynek 100% biopamut az alapanyaga
A hordozóeszköz-test alsó része karikával pontosan, a hordozó többi részétől függetlenül az újszülött csecsemőre állítható	igen	igen	A hordozóeszköz-test alsó része karikával pontosan, a hordozó többi részétől függetlenül az újszülött csecsemőre állítható
A megfelelő terpesz - térdhajlattól térdhajlatig támasztás-elérését lehetővé teszi	igen	igen	A megfelelő terpesz - térdhajlattól térdhajlatig támasztás-elérését lehetővé teszi
A hát fokozatos megtámasztását és a fiziológiás hátív elérését lehetővé teszi úgy, hogy sávonként feszesre lehet húzni	igen	igen	A hát fokozatos megtámasztását és a fiziológiás hátív elérését lehetővé teszi úgy, hogy sávonként feszesre lehet húzni
Az újszülött gyermek hátát, popsiját és lábait tartó része egy hosszú kendősáv biztosítja	igen	igen	Az újszülött gyermek hátát, popsiját és lábait tartó része egy hosszú kendősáv biztosítja
A hordozó derék-és vállpántjai párnázottak	igen	igen	A hordozó derék-és vállpántjai párnázottak
A megfelelő méretre állítás könnyen	igen	igen	A megfelelő méretre állítás könnyen

és egyszerűen végrehajtható			és egyszerűen végrehajtható
A kendő anyaga mosható, fertőtleníthető	igen	igen	A kendő anyaga mosható, fertőtleníthető

Tételszám	MEGNEVEZÉS	ELHELYEZÉS/MENNYISÉG
O3	Nagy pontosságú digitális csecsemőmérleg	Gyermekágyas részleg 2 db

A/ Ajánlati lap

Gyártó:	<u>Marsden Weighing Machine Group Ltd.</u>
Típus:	<u>M-300</u>

B/ Műszaki adatlap

Előírt paraméter	Követelmény	Megfelelés	Ajánlott paraméterek
kórházi felhasználásra alkalmas	igen	Igen	kórházi felhasználásra alkalmas
Kapacitás:	min. 15 kg Kérjük megadni!	Igen	Kapacitás: 15 kg
Csillapító és tartás funkció a stabil súlykijelzés érdekében	igen	Igen	Csillapító és tartás funkció a stabil súlykijelzés érdekében
Pontosság:	6 kg alatt max. 3 g, 6 kg felett max. 5 g Kérjük megadni!	Igen	Pontosság: 6 kg alatt 2 g, 6 kg felett 5 g
Könnyen tisztítható kialakítás	igen	Igen	Könnyen tisztítható kialakítás
Kijelző	LCD vagy LED min. 20 mm magas számokkal Kérjük megadni!	Igen	LCD kijelző, 40 mm magas számokkal
Automatikus kikapcsolás	igen	Igen	Automatikus kikapcsolás
Automatikus nullázás bekapcsoláskor	igen	Igen	Automatikus nullázás bekapcsoláskor
Elemes vagy akkumulátoros működés	igen Kérjük megadni!	Igen	Akkumulátoros működés
Min. TARA és HOLD funkciók	igen	Igen	TARA és HOLD funkciók
A készülék súlya	max. 5 kg Kérjük megadni!	Igen	A készülék súlya 3,1 kg

25

Tételszám	MEGNEVEZÉS	ELHELYEZÉS/MENNYISÉG
O4	Általános csecsemőmérleg	Gyermekágyas részleg 14 db

A/ Ajánlati lap

Gyártó:	Seca GmbH
Típus:	354

B/ Műszaki adatlap

Előírt paraméter	Követelmény	Megfelelés	Ajánlott paraméterek
Mérési kapacitás:	min. 20 kg Kérjük megadni!	Igen	Mérési kapacitás: 20 kg
Pontosság	10 kg alatt max. 10 g Kérjük megadni!	Igen	Pontosság: 10 kg alatt 10 g
Könnyen tisztítható kialakítás	igen	Igen	Könnyen tisztítható kialakítás
Nagyméretű LCD vagy LED kijelző	igen Kérjük megadni!	Igen	Nagyméretű LCD kijelző
Automatikus kikapcsolás	igen	Igen	Automatikus kikapcsolás
Automatikus nullázás bekapcsoláskor	igen	Igen	Automatikus nullázás bekapcsoláskor
Elemes vagy akkumulátoros működés	igen Kérjük megadni!	Igen	Elemes működés
Min. TARA és HOLD funkciók	igen	Igen	TARA és HOLD funkciók
A készülék súlya	max. 5 kg Kérjük megadni!	Igen	A készülék súlya 2,3 kg

Tételszám	MEGNEVEZÉS	ELHELYEZÉS/MENNYISÉG
O5	Elektromos mellszívó	Anyaszállítás PIC mellett 4 db Gyermekágyas részleg 10 db

A/ Ajánlati lap

Gyártó:	ARDO medical AG.
Típus:	Carum

B/ Műszaki adatlap

Előírt paraméter	Követelmény	Megfelelés	Ajánlott paraméterek
kórházi felhasználásra alkalmas	igen	igen	Kórházi felhasználásra alkalmas
Mellszívó ház	igen	igen	Mellszívó ház
Alapegység tömlővel	igen	igen	Alapegység tömlővel
Egyszerűen használható	igen	igen	Egyszerűen használható
Tej a mellekből közvetlenül az üvegbe vagy az edénybe áramlik	igen Kérjük megadni!	igen	Tej a mellekből közvetlenül az üvegbe vagy az edénybe áramlik
Higiéniát szem előtt tartva kialakított zárt rendszer	igen	igen	Higiéniát szem előtt tartva kialakított zárt rendszer
Stimulációs üzemmód	igen	igen	Stimulációs üzemmód
Állítható a szívási intenzitás	igen Kérjük megadni!	igen	Állítható a szívási intenzitás
Dupla fejes kialakítás	igen	igen	Dupla fejes kialakítás
Tartozékok			
Tároló üveg	igen	igen	Tároló üveg
Fedél és tejjáró	igen	igen	Fedél és tejjáró
Normálméretű párna	igen	igen	Normálméretű párna
Nagyméretű párna	igen	igen	Nagyméretű párna

Tételszám	MEGNEVEZÉS	ELHELYEZÉS/MENNYISÉG
O6	Duplafejes elektromos mellszívó	Gyermekágyas részleg 2 db

A/ Ajánlati lap

Gyártó:	ARDO medical AG.
Típus:	Carum

B/ Műszaki adatlap

Előírt paraméter	Követelmény	Megfelelés	Ajánlott paraméterek
kórházi felhasználásra alkalmas	igen	igen	Kórházi felhasználásra alkalmas
Képes a tejtermelés stabilizálására	igen	igen	Képes a tejtermelés stabilizálására
Mellgyulladás esetén is használható	igen	igen	Mellgyulladás esetén is használható
Egyszerűen használható	igen	igen	Egyszerűen használható
Kétfázisú, azaz fejés előtt segíti a tejleadó reflex kiváltását	igen	igen	Kétfázisú, azaz fejés előtt segíti a tejleadó reflex kiváltását
Kézi mellszívóvá alakítható	igen	igen	Kézi mellszívóvá alakítható
Autoklávban sterilizálható	igen	igen	Autoklávban sterilizálható
Tej a mellekből közvetlenül az üvegbe vagy az edénybe áramlik	igen Kérjük megadni!	igen	Tej a mellekből közvetlenül az üvegbe vagy az edénybe áramlik
Higiéniát szem előtt tartva kialakított zárt rendszer	igen	igen	Higiéniát szem előtt tartva kialakított zárt rendszer
Stimulációs üzemmód	igen	igen	Stimulációs üzemmód
Állítható a szívási intenzitás	igen Kérjük megadni!	igen	Állítható a szívási intenzitás
Dupla fejes kialakítás (két mellen történő egyidejű alkalmazásra)	igen	igen	Dupla fejes kialakítás (két mellen történő egyidejű alkalmazásra)
Tartozékok:			
Tároló üveg	igen	igen	Tároló üveg
Fedél és tejjáró	igen	igen	Fedél és tejjáró
szívóharang	Min. 4 különböző méretű	igen	4 különböző méretű (26mm, 28mm, 31mm, 36mm) szívóharang

HA

Tételszám	MEGNEVEZÉS	ELHELYEZÉS/MENNYISÉG
O7	CTG ikerterhességhez	Szülőszoba 1 db

A/ Ajánlati lap

Gyártó:	EDAN Instruments Inc.
Típus:	F9
Forgalombahozatali engedély száma:	G1 17 05 91264 006

B/ Műszaki adatlap

Előírt paraméter	Követelmény	Megfelelés	Ajánlott paraméterek
1 db a magzati szívfrekvencia, a méhösszehúzódsok és a magzati mozgások detektálására alkalmas monitor	igen	igen	1 db a magzati szívfrekvencia, a méhösszehúzódsok és a magzati mozgások detektálására alkalmas monitor
ikerterhesség monitorozására alkalmas kivitel	igen	igen	ikerterhesség monitorozására alkalmas kivitel
Színes érintőképernyő (Értékelési szempont)	min. 6", illetve 12" fölött azonos értékeléssel Kérjük megadni!	igen	12" Színes érintőképernyő
Páciens adatainak bevitele	igen	igen	Páciens adatainak bevitele
Két ultrahang vizsgálófejes kiépítés	igen	igen	Két ultrahang vizsgálófejes kiépítés
Vízálló ultrahang vizsgálófejek a magzati szívfrekvenciák monitorozására	igen	igen	Vízálló ultrahang vizsgálófej a magzati szívfrekvenciák monitorozására
Ultrahang vizsgálófejek frekvenciája 1 MHz \pm 10%	igen	igen	Ultrahang vizsgálófej frekvenciája 1 MHz \pm 10%
Ultrahang vizsgálófejek kristályelemeinek száma (Értékelési szempont)	min. 7 db, illetve 12 db fölött azonos értékeléssel Kérjük megadni!	igen	Ultrahang vizsgálófej kristályelemeinek száma 12 db
Magzati szívfrekvencia mérési tartomány	min. 50-240 bpm Kérjük megadni!	igen	Magzati szívfrekvencia mérési tartomány 50-240 bpm
Egyidőben két különböző magzati szívfrekvencia monitorozási	igen	igen	Egyidőben két különböző magzati szívfrekvencia monitorozási

lehetősége			lehetősége
Magzati szívfrekvencia alsó és felső riasztási határértékek beállíthatóak	igen	igen	Magzati szívfrekvencia alsó és felső riasztási határértékek beállíthatóak
TOCO fej a méhaktivitás vizsgálatára	igen	igen	TOCO fej a méhaktivitás vizsgálatára
TOCO fej mérési tartomány	min. 0-100 relatív egység Kérjük megadni!	igen	TOCO fej mérési tartomány 0-100 relatív egység
Bemerítéssel fertőtleníthető ultrahang és TOCO fejek	igen	igen	Bemerítéssel fertőtleníthető ultrahang és TOCO fejek
Beépített hőírós nyomtató	igen	igen	Beépített hőírós nyomtató
Nyomatási sebességek	min. 1,2 és 3 cm/min Kérjük megadni!	igen	Nyomatási sebességek 1,2 és 3 cm/min
A megajánlott központi monitorral kompatibilis	igen	igen	A megajánlott központi monitorral kompatibilis
Számítógéphez csatlakoztatható	igen	igen	Számítógéphez csatlakoztatható
Külső esemény marker	igen	igen	Külső esemény marker
Beépített akkumulátor	igen	igen	Beépített akkumulátor
Készülék súlya akkumulátorral	max. 9 kg Kérjük megadni!	igen	Készülék súlya akkumulátorral 5.5 kg

Tételszám	MEGNEVEZÉS	ELHELYEZÉS/MENNYISÉG
O8	CTG (Cardiotocograph)	Szülőszoba 3 db

A/ Ajánlati lap

Gyártó:	EDAN Instruments Inc.
Típus:	F9
Forgalombahozatali engedély száma:	G1 17 05 91264 006

B/ Műszaki adatlap

Előírt paraméter	Követelmény	Megfelelés	Ajánlott paraméterek
A magzati szívfrekvencia, a méhösszehúzódások és a magzati mozgások detektálására alkalmas monitor	igen	igen	A magzati szívfrekvencia, a méhösszehúzódások és a magzati mozgások detektálására alkalmas monitor
Színes érintőképernyő (Értékelési szempont)	min. 6", illetve 12" fölött azonos értékeléssel Kérjük megadni!	igen	12" Színes érintőképernyő
Páciens adatainak bevitele	igen	igen	Páciens adatainak bevitele
Vízálló ultrahang vizsgálófej a magzati szívfrekvenciák monitorozására	igen	igen	Vízálló ultrahang vizsgálófej a magzati szívfrekvenciák monitorozására
Ultrahang vizsgálófej frekvenciája 1 MHz \pm 10%	igen	igen	Ultrahang vizsgálófej frekvenciája 1 MHz \pm 10%
Ultrahang vizsgálófej kristáyelemeinek száma (Értékelési szempont)	min. 7 db, illetve 12 db fölött azonos értékeléssel Kérjük megadni!	igen	Ultrahang vizsgálófej kristáyelemeinek száma 12 db
Magzati szívfrekvencia mérési tartomány	min. 50-240 bpm Kérjük megadni!	igen	Magzati szívfrekvencia mérési tartomány 50-240 bpm
Magzati szívfrekvencia alsó és felső riasztási határértékek beállíthatóak	igen	igen	Magzati szívfrekvencia alsó és felső riasztási határértékek beállíthatóak
TOCO fej a méhaktivitás vizsgálatára	igen	igen	TOCO fej a méhaktivitás vizsgálatára
TOCO fej mérési tartomány	min. 0-100	igen	TOCO fej mérési tartomány 0-100

	relatív egység Kérjük megadni!		relatív egység
Bemerítéssel fertőtleníthető ultrahang és TOCO fejek	igen	igen	Bemerítéssel fertőtleníthető ultrahang és TOCO fejek
Beépített hőíró nyomtató	igen	igen	Beépített hőíró nyomtató
Nyomatási sebességek	min. 1,2 és 3 cm/min Kérjük megadni!	igen	Nyomatási sebességek 1,2 és 3 cm/min
A megajánlott központi monitorral kompatibilis	igen	igen	A megajánlott központi monitorral kompatibilis
Számítógéphez csatlakoztatható	igen	igen	Számítógéphez csatlakoztatható
Külső esemény marker	igen	igen	Külső esemény marker
Beépített akkumulátor	igen	igen	Beépített akkumulátor
Készülék súlya akkumulátorral	max. 9 kg Kérjük megadni!	igen	Készülék súlya akkumulátorral 5.5 kg

Tételszám	MEGNEVEZÉS	ELHELYEZÉS/MENNYISÉG
O9	Központi CTG monitor	Szülőszoba 1 db

A/ Ajánlati lap

<u>Gyártó:</u>	<u>EDAN Instruments Inc.</u>
<u>Típus:</u>	<u>MFM-CNS</u>
<u>Forgalombahozatali engedély száma:</u>	G1 17 05 91264 006

B/ Műszaki adatlap

Előírt paraméter	Követelmény	Megfelelés	Ajánlott paraméterek
A hálózatba kötött magzati monitorokról a paraméterek megjelenítése	igen	igen	A hálózatba kötött magzati monitorokról a paraméterek megjelenítése
Folyamatos, automatikus adatok gyűjtése, tárolása Egyidejűleg	min. 5 ágyról Kérjük megadni!	igen	Folyamatos, automatikus adatok gyűjtése, tárolása Egyidejűleg 16 ágyról
Egy képernyőn megjeleníthető monitorok száma	min. 5 Kérjük megadni!	igen	Egy képernyőn megjeleníthető monitorok száma 16
A megajánlott CTG-kel kompatibilis	igen	igen	A megajánlott CTG-kel kompatibilis
Adatmegjelenítés grafikus és táblázatos	igen	igen	Adatmegjelenítés grafikus és táblázatos
Bármely riasztási paraméter a központról is állítható	igen	igen	Bármely riasztási paraméter a központról is állítható
Szállítandó rendszerelemek			
Számítógép, egér, billentyűzet	igen	igen	Számítógép, egér, billentyűzet
2 db monitor	min. 20" Kérjük megadni!	igen	2 db monitor 24" monitor
Lézernyomtató, amely hálózatba köthető	igen	igen	Lézernyomtató, amely hálózatba köthető

Tételszám	MEGNEVEZÉS	ELHELYEZÉS/MENNYISÉG
O10	Babydoppler	Szülőszoba 3 db

A/ Ajánlati lap

Gyártó:	<u>EDAN Instruments Inc.</u>
Típus:	<u>SD3 Pro</u>

B/ Műszaki adatlap

Előírt paraméter	Követelmény	Megfelelés	Ajánlott paraméterek
Hordozható készülék	igen	Igen	Hordozható készülék
Nagy szilárdságú műanyag ház	igen	Igen	Nagy szilárdságú műanyag ház
Állítható hangerő	igen	Igen	Állítható hangerő
Hangrögzítési lehetőség	igen	Igen	Hangrögzítési lehetőség
Vízálló 2 MHz-es, cserélhető vizsgálófej	igen	Igen	Vízálló 2 MHz-es, cserélhető vizsgálófej
Tölthető akkumulátor	igen	Igen	Tölthető akkumulátor
Alacsony akkumulátor töltöttségi szint kijelzése	igen	Igen	Alacsony akkumulátor töltöttségi szint kijelzése
Automatikus kikapcsolás funkció	igen	Igen	Automatikus kikapcsolás funkció
Súlyja akkumulátorral együtt	Max: 500 g Kérjük megadni!	Igen	350 g

Tételszám	MEGNEVEZÉS	ELHELYEZÉS/MENNYISÉG
O11	Váladékszívó	Szülőszoba 5 db

A/ Ajánlati lap

Gyártó:	ATMOS Medizintechnik GmbH
Típus:	ATMOS S 351 Natal

B/ Műszaki adatlap

Előírt paraméter	Követelmény	Megfelelés	Ajánlott paraméterek
Szülészeti- Nőgyógyászati motoros szívókészülék vákuumextrakcióra alkalmas kivitelben	igen	Igen	Szülészeti- Nőgyógyászati motoros szívókészülék vákuumextrakcióra alkalmas kivitelben
Mikroprocesszor vezérelt	igen	Igen	Mikroprocesszor vezérelt
Teljesítmény	min. 30 liter/perc Kérjük megadni!	Igen	Teljesítmény 36 liter / perc
Vákuum	min. 900 mbar Kérjük megadni!	Igen	Vákuum 900 mbar
Grafikus kijelző	igen	Igen	Grafikus kijelző
Extrakciósharang a biztonságos felhelyezéshez	igen	Igen	Extrakciós harang a biztonságos felhelyezéshez
Automatikus vákuumfelépítés és elengedés az előre meghatározott értékig	igen	Igen	Automatikus vákuumfelépítés és elengedés az előre meghatározott értékig
Automatikus fordulatszám szabályozás	igen	Igen	Automatikus fordulatszám szabályozás
Túlszívás elleni védelem	igen	Igen	Túlszívás elleni védelem
sterilizálható váladékgyűjtőtartály	min. 1500 ml-es Kérjük megadni!	Igen	sterilizálható váladékgyűjtőtartály 1500 ml
Gurulóállványos kivitel	igen	Igen	Gurulóállványos kivitel

85

Tételszám	MEGNEVEZÉS	ELHELYEZÉS/MENNYISÉG
O12	Újszülött élesztő asztal	Szülőszoba 2 db

A/ Ajánlati lap

<u>Gyártó:</u>	<u>Draeger Medical Systems, Inc.</u>
<u>Típus:</u>	<u>Resuscitaire</u>
<u>Forgalombahozatali engedélyszám:</u>	<u>G1 17 08 61092 067</u>

B/ Műszaki adatlap

Előírt paraméter	Követelmény	Megfelelés	Ajánlott paraméterek
Gurulóállvány, fékezhető kerekkel	igen	igen	Gurulóállvány, fékezhető kerekkel
Polc egyéb készülék (pl. monitor) elhelyezésére	igen	igen	Polc egyéb készülék (pl. monitor) elhelyezésére
Állítható állványmagasság	igen	igen	Állítható állványmagasság
Ágy dönthetősége	min. $\pm 10^\circ$ Kérjük megadni!	igen	Ágy dönthetősége $\pm 10^\circ$
Egyszerűen lehajtható oldalfalak	igen	igen	Egyszerűen lehajtható oldalfalak
Matrac mérete:	min. 45x65 cm – max. 55x75 cm Kérjük megadni!	igen	Matrac mérete: 53,3 x 66 cm
Oldalra kihúzható röntgentálca	igen	igen	Oldalra kihúzható röntgentálca
Sugárzó hőbiztosítás	igen	igen	Sugárzó hőbiztosítás
Beépített világítás, vizsgálólámpa	igen	igen	Beépített világítás, vizsgálólámpa
Mikroprocesszoros készülék	igen	igen	Mikroprocesszoros készülék
Könnyen tisztítható, fóliatasztatúrás kezelő felület	igen	igen	Könnyen tisztítható, fóliatasztatúrás kezelő felület
Bőr-, illetve manuális hőmérsékletszabályozás	igen	igen	Bőr-, illetve manuális hőmérsékletszabályozás
Hőmérséklet kijelző egység	igen	igen	Hőmérséklet kijelző egység

105

Hőmérséklet beállítási tartomány	min. 35 – 38 °C Kérjük megadni!	igen	Hőmérséklet beállítási tartomány 34 – 38 °C
Beépített APGAR óra	igen	igen	Beépített APGAR óra
Infúziós állvány	igen	igen	Infúziós állvány
Monitortartó polc	igen	igen	Monitortartó polc
Hang és vizuális riasztások	igen	igen	Hang és vizuális riasztások
Beállítható oxigén koncentráció	min. 21-100% Kérjük megadni!	igen	Beállítható oxigén koncentráció 21 – 100%
Áramlásszabályzó	igen	igen	Áramlásszabályzó
Beállítható áramlás	min. 0-15 l/perc Kérjük megadni!	igen	Beállítható áramlás 0 – 15 l/perc
Váladákszívó, szabályzóval, mérővel, váladákszívó edénnyel	igen	igen	Váladákszívó, szabályzóval, mérővel, váladákszívó edénnyel
Gázpalackról és vezetékes gázhálózatról is üzemeltethető	igen	igen	Gázpalackról és vezetékes gázhálózatról is üzemeltethető
Alaptartozék készlet a fent felsorolt funkciók használatához	igen	igen	Alaptartozék készlet a fent felsorolt funkciók használatához
Későbbiek során az újralesztő asztal kiegészíthető a feklapba integrálható csecsemőmérleggel (Értékelési szempont)	igen: 100 pont nem: 0 pont Megléte előny!	igen	Későbbiek során az újralesztő asztal kiegészíthető a feklapba integrálható csecsemőmérleggel

Tételszám	MEGNEVEZÉS	ELHELYEZÉS/MENNYISÉG
O13	Neopuff	Szülőszoba 1 db

A/ Ajánlati lap

Gyártó:	<u>Fisher & Paykel Healthcare Limited</u>
Típus:	<u>Neopuff Infant Resuscitator</u>
Forgalombahozatali engedélyszám:	<u>G1 14 12 10815 026</u>

B/ Műszaki adatlap

Előírt paraméter	Követelmény	Megfelelés	Ajánlott paraméterek
Könnyen használható	igen	igen	Könnyen használható
gázzal hajtott eszköz	igen	igen	gázzal hajtott eszköz
pontos és ellenőrzött újraélesztést biztosít az újszülöttnak	igen	igen	pontos és ellenőrzött újraélesztést biztosít az újszülöttnak
O2/Levegő keverék beállítása:	min. 21 – 100% O2 koncentráció Kérjük megadni!	igen	O2/Levegő keverék beállítása: 21 – 100%
Légúti nyomás szabályozása	igen	igen	Légúti nyomás szabályozása 5 – 25 H2Ocm
Légúti manométer mérési tartománya:	min. 0 – 60 H2Ocm Kérjük megadni!	igen	Légúti manométer mérési tartománya: -10 - +80 H2Ocm
Csúcs belégzési nyomás (PIP)	min. 5 - 75 H2Ocm Kérjük megadni!	igen	Csúcs belégzési nyomás (PIP) 2 – 75 H2Ocm
Bejövő gáz áramlása:	min. 5-15 liter/perc Kérjük megadni!	igen	Bejövő gáz áramlása: 5 – 15 l/perc
Gázpalackról és vezetékes gázhálózatról is üzemeltethető	igen	igen	Gázpalackról és vezetékes gázhálózatról is üzemeltethető
A készülék súlya	max. 3 kg Kérjük megadni!	igen	A készülék súlya 1,9 kg

Egyszer használatos maszk	Min. 5 különböző méretű Kérjük megadni!	igen	Egyszer használatos maszk 5 különböző méretben
---------------------------	--	------	---

Tételszám	MEGNEVEZÉS	ELHELYEZÉS/MENNYISÉG
O14	Légzésfigyelő	Újszülött részleg 3 db

A/ Ajánlati lap

Gyártó:	Hisense
Típus:	Babysense 2 Pro

B/ Műszaki adatlap

Előírt paraméter	Követelmény	Megfelelés	Ajánlott paraméterek
Az újszülött/csecsemő hosszabb légzéskimaradásának, lecsökkent légzésfrekvenciájának jelzésére szolgáló készülék	igen	igen	Az újszülött/csecsemő hosszabb légzéskimaradásának, lecsökkent légzésfrekvenciájának jelzésére szolgáló készülék
Kórházi körülmények között is használható, orvostechnikai eszköz	igen	igen	Kórházi körülmények között is használható, orvostechnikai eszköz (CE 0459)
Folyamatos felügyeletet biztosítson az újszülött mozgásáról és légzéséről	igen	igen	Folyamatos felügyeletet biztosít az újszülött mozgásáról és légzéséről
Az újszülött/csecsemő alatt, a matrac és a kiságy/ágyalap között elhelyezett érzékelő adja a jeleket a készüléknek	igen	igen	Az újszülött/csecsemő alatt, a matrac és a kiságy/ágyalap között elhelyezett érzékelő adja a jeleket a készüléknek
Érzékelés a teljes felületen. Mérete:	min. 25cm x 40cm. Kérjük megadni!	igen	Érzékelés a teljes felületen. 27x44 cm-es érzékelőlap
Érzékenység állítható	igen	igen	Érzékenység állítás
Akusztikus és vizuális riasztás légzés kimaradás/leállás esetén	igen	igen	Akusztikus és vizuális riasztás légzés kimaradás/leállás esetén
Akusztikus riasztás hatótávolsága:	minimum 50 m Kérjük megadni!	igen	Akusztikus riasztás hatótávolsága: 50 m
Riasztási határértékek: a légzés megszűnik több mint 20 másodpercre, vagy ha a légzésszám lelassul kevesebbre, mint 10 légzés percenként.	igen	igen	Riasztási határértékek: a légzés megszűnik több mint 20 másodpercre, vagy ha a légzésszám lelassul kevesebbre, mint 10 légzés percenként.

Működés elemmel, az elemek alacsony feszültség szintjének kijelzésével	igen	igen	Működés elemmel, az elemek alacsony feszültség szintjének kijelzésével
Működési hatótávolság	min. 50 méter Kérjük megadni!	igen	Működési hatótávolság 50 m
A kábelek megfelelő méretével minimalizálja a fulladás veszélyét, ugyanakkor az újszülöttet mozgásában nem akadályozza vagy korlátozza.	igen	igen	A kábelek megfelelő méretével minimalizálja a fulladás veszélyét, ugyanakkor az újszülöttet mozgásában nem akadályozza vagy korlátozza.
Minimum 10 cm szivacsmatrac vastagság mellett is biztonságos működést biztosít.	igen	igen	10 cm szivacsmatrac vastagság mellett is biztonságos működést biztosít.

Tételszám	MEGNEVEZÉS	ELHELYEZÉS/MENNYISÉG
O15	Kékfényágy	Újszülött részlegl db

A/ Ajánlati lap

Gyártó:	Natus Medical Incorporated
Típus:	neoBlue blanket
Forgalombahozatali engedély száma:	CE 541606

B/ Műszaki adatlap

Előírt paraméter	Követelmény	Megfelelés	Ajánlott paraméterek
Inkubátorba / babaágyba, az újszülött alá helyezhető kivitelű kékfényterápiás készülék	igen	Igen	Inkubátorba / babaágyba, az újszülött alá helyezhető kivitelű kékfényterápiás készülék
Részei:			
Fényforrás	igen	Igen	Fényforrás
Fénykábel	igen	Igen	Fénykábel
Matrac	igen	Igen	Matrac
Kék LED-ek hullámhossz tartománya	430-490 nm Kérjük megadni!	Igen	Kék LED-ek hullámhossz tartománya 450 – 475 között
Maximum felületi intenzitás:	min. 30 μ W/cm2/nm Kérjük megadni!	Igen	Maximum felületi intenzitás: 30 μ W/cm2/nm
Megvilágított terület:	min. 450 cm2 Kérjük megadni!	Igen	Megvilágított terület: 508 cm2
Üzemóra számláló	igen	Igen	Üzemóra számláló
Zajszint	max. 55 dBA Kérjük megadni!	Igen	Zajszint: 44 dB
Partozékok / kiegészítők:			
min. 10 db Matractakaró / ágy	igen	Igen	10 db Matractakaró / ágy
Dedikált pólya, amelybe az újszülött a kékfényterápiás matraccal együtt behelyezhető és inkubátoron kívül is	igen: 100 pont nem: 0 pont	Igen	Dedikált pólya, amelybe az újszülött a kékfényterápiás matraccal együtt behelyezhető és inkubátoron kívül is

132

biztonságosan kézbe vehető (Értékelési szempont)	Megléte előny!		biztonságosan kézbe vehető
---	-----------------------	--	-----------------------------------

Tételszám	MEGNEVEZÉS	ELHELYEZÉS/MENNYISÉG
O16	Melegítő ágy	Újszülött részleg 2 db

A/ Ajánlati lap

Gyártó:	<u>Draeger Medical Systems, Inc.</u>
Típus:	<u>Resuscitaire</u>
Forgalombahozatali engedély száma:	<u>G1 17 08 61092 067</u>

B/ Műszaki adatlap

Előírt paraméter	Követelmény	Megfelelés	Ajánlott paraméterek
Gurulóállvány, fékezhető kerekkel	igen	igen	Gurulóállvány, fékezhető kerekkel
Állítható állványmagasság	igen	igen	Állítható állványmagasság
Lehajtható oldalfalak	igen	igen	Lehajtható oldalfalak
Ágy dönthetősége	min. $\pm 10^\circ$ Kérjük megadni!	igen	Ágy dönthetősége $\pm 10^\circ$
Sugárzó hőbiztosítás	igen	igen	Sugárzó hőbiztosítás
Bőr-hőmérsékletszabályozás	igen	igen	Bőr-hőmérsékletszabályozás
Kézi-hőmérsékletszabályozás	igen	igen	Kézi-hőmérsékletszabályozás
Riasztási funkció	igen	igen	Riasztási funkció
Hőmérséklet beállítási tartomány	min. 35 – 38 °C Kérjük megadni!	igen	Hőmérséklet beállítási tartomány 34 – 38°C
Hőmérséklet kijelző egység	igen	igen	Hőmérséklet kijelző egység
Fektető matrac	igen	igen	Fektető matrac
Beépített APGAR óra	igen	igen	Beépített APGAR óra
Vizsgálólámpa	igen	igen	Vizsgálólámpa
Tároló fiók	igen	igen	Tároló fiók
Kötelezően szállítandó tartozékok felszámolásként:			

111

Hálózati kábel	igen	igen	Hálózati kábel
1 db fektetőmatrac	igen	igen	1 db fektetőmatrac
1 db maghőmérő	igen	igen	1 db maghőmérő
1 db felületi hőmérő	igen	igen	1 db felületi hőmérő
10 db hőmérőtapsz	igen	igen	10 db hőmérőtapsz

142

Tételszám	MEGNEVEZÉS	ELHELYEZÉS/MENNYISÉG
O17	Nyitott inkubátor	Újszülött részleg 1 db

A/ Ajánlati lap

Gyártó:	<u>Draeger Medical Systems, Inc.</u>
Típus:	<u>Resuscitaire</u>
Forgalombahozatali engedély száma:	<u>G1 17 08 61092 067</u>

B/ Műszaki adatlap

Előírt paraméter	Követelmény	Megfelelés	Ajánlott paraméterek
Gurulóállvány, fékezhető kerekekkel	igen	igen	Gurulóállvány, fékezhető kerekekkel
Polc egyéb készülék (pl. monitor) elhelyezésére	igen	igen	Polc egyéb készülék (pl. monitor) elhelyezésére
Állítható állványmagasság	igen	igen	Állítható állványmagasság
Ágy dönthetősége	min. $\pm 10^\circ$ Kérjük megadni!	igen	Ágy dönthetősége $\pm 10^\circ$
Egyszerűen lehajtható oldalfalak	igen	igen	Egyszerűen lehajtható oldalfalak
Matrac mérete	min. 45x65 cm – max. 55x75 cm Kérjük megadni!	igen	Matrac mérete 53,3 x 66 cm
Oldalra kihúzható röntgentálca	igen	igen	Oldalra kihúzható röntgentálca
Sugárzó hőbiztosítás	igen	igen	Sugárzó hőbiztosítás
Beépített világítás, vizsgálólámpa	igen	igen	Beépített világítás, vizsgálólámpa
Mikroprocesszoros készülék	igen	igen	Mikroprocesszoros készülék
Könnyen tisztítható, fóliatasztatúrás kezelő felület	igen	igen	Könnyen tisztítható, fóliatasztatúrás kezelő felület
Bőr-, illetve manuális hőmérsékletszabályozás	igen	igen	Bőr-, illetve manuális hőmérsékletszabályozás
Hőmérséklet kijelző egység	igen	igen	Hőmérséklet kijelző egység
Hőmérséklet beállítási tartomány	min. 35 – 38 °C	igen	Hőmérséklet beállítási tartomány 34

152

	Kérjük megadni!		- 38 °C
Beépített APGAR óra	igen	igen	Beépített APGAR óra
Infúziós állvány	igen	igen	Infúziós állvány
Monitortartó polc	igen	igen	Monitortartó polc
Hang és vizuális riasztások	igen	igen	Hang és vizuális riasztások
Beállítható oxigén koncentráció	min. 21-100% Kérjük megadni!	igen	Beállítható oxigén koncentráció 21 – 100%
Áramlásszabályzó	igen	igen	Áramlásszabályzó
Beállítható áramlás	min. 0-15 l/perc Kérjük megadni!	igen	Beállítható áramlás 0 – 15 l/perc
Gázpalackról és vezetékes gázhálózatról is üzemeltethető	igen	igen	Gázpalackról és vezetékes gázhálózatról is üzemeltethető
Alaptartozék készlet a fent felsorolt funkciók használatához	igen	igen	Alaptartozék készlet a fent felsorolt funkciók használatához
Későbbiek során kiegészíthető a feklapba integrálható csecsemőmérleggel (Értékelési szempont)	igen: 100 pont nem: 0 pont Megléte előny!	igen	Későbbiek során kiegészíthető a feklapba integrálható csecsemőmérleggel

Tételszám	MEGNEVEZÉS	ELHELYEZÉS/MENNYISÉG
O18	Kékfénylámpa	Újszülött részleg 1 db

A/ Ajánlati lap

Gyártó:	ASTEK MEDICAL Ltd.
Típus:	mavi LED
Forgalombahozatali engedély száma:	1984-MDD-17-426

B/ Műszaki adatlap

Előírt paraméter	Követelmény	Megfelelés	Ajánlott paraméterek
Tartókkal az inkubátor fölé helyezhető, állványos kivitelű fényterápiás eszköz	igen	igen	Tartókkal az inkubátor fölé helyezhető, állványos kivitelű fényterápiás eszköz
A lámpafej dönthető	igen	igen	A lámpafej dönthető
A lámpafej pozíciója vertikálisan, illetve horizontálisan is állítható	igen	igen	A lámpafej pozíciója vertikálisan, illetve horizontálisan is állítható
Kék LED-ek hullámhossza:	450 - 470 nm Kérjük megadni!	igen	Kék LED-ek hullámhossza: 450-470 nm
LED-ek élettartama:	min. 20.000 óra Kérjük megadni!	igen	LED-ek élettartama: 40000 üzemóra
Maximum intenzitás 30cm-es távolságból:	min. 30 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ Kérjük megadni!	igen	Maximum intenzitás 30 cm távolságból min. 50 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$
Hatékonyan megvilágított terület:	min. 950 cm ² Kérjük megadni!	igen	Hatékonyan megvilágított terület: 50 x 27 cm = 1350 cm ²
Hőkibocsátás 30 cm távolságban	max. 10°C	igen	Hőkibocsátás 30 cm távolságban <10 °C
Potenciométer az intenzitás testreszabhatóságához	igen	igen	Potenciométer az intenzitás testreszabhatóságához
Üzemóra számláló	igen	igen	Üzemóra számláló

163

Zajszint:	max. 60 dB Kérjük megadni!	igen	Zajszint: 30 dB
10-10 db Szemtakaró kis és nagy méretben	igen	igen	1 0-10 db Szemtakaró kis és nagy méretben

Tételszám	MEGNEVEZÉS	ELHELYEZÉS/MENNYISÉG
O19	Sipap	Újszülött részleg 1 db

A/ Ajánlati lap

Gyártó:	CareFusion
Típus:	SIPAP Infant Flow
Forgalombahozatali engedély száma:	CE 00663

B/ Műszaki adatlap

Előírt paraméter	Követelmény	Megfelelés	Ajánlott paraméterek
Alkalmas legyen kis súlyú koraszülöttek nasalis lélegeztetésére	igen	igen	Alkalmas legyen kis súlyú koraszülöttek (500 gramm) nasalis lélegeztetésére
Rendelkezzen gurulós állvánnyal	igen	igen	Rendelkezik gurulós állvánnyal
Rendelkezzen legalább 3 klf. méretű orreszközzel	igen	igen	Rendelkezik 5 klf. méretű orreszközzel
Rendelkezzen a betegek fejéhez alkalmazkodó, legalább 3 klf. méretűsapkával az orreszközök rögzítéséhez	igen	igen	Rendelkezik a betegek fejéhez alkalmazkodó, 12 klf. méretű sapkával az orreszközök rögzítéséhez
Választható módok:	min. NCPAP, NCPAP+Apnea, BIPHASIS, BIPHASIS+Apnea, BIPHASIS+Trigger Kérjük megadni!	igen	Választható módok: NCPAP, NCPAP+Apnea, BIPHASIS, BIPHASIS+Apnea, BIPHASIS+Trigger
Apnea back up lélegeztetési mód	igen	igen	Apnea back up lélegeztetési mód
Tápellátás: hálózati és akkumulátoros	igen	igen	Tápellátás: hálózati és akkumulátoros
Akkumulátor üzemideje	min. 30 perc Kérjük megadni!	igen	Akkumulátor üzemideje 120 perc
Intelligens riasztás: hang és fényjelzéssel, szöveges kijelzéssel (monitorozás és üzemeltetés adatai,	igen	igen	Intelligens riasztás: hang és fényjelzéssel, szöveges kijelzéssel (monitorozás és üzemeltetés adatai,

paraméter határátlépés, technikai események)			paraméter határátlépés, technikai események)
Grafikus képernyő	igen	igen	Grafikus képernyő
RS232 kommunikációs interfész	igen	igen	RS232 kommunikációs interfész
Külső oxigén csatlakozó flowmeter lehetősége	igen	igen	Külső oxigén csatlakozó flowmeter lehetősége
Transducerinterfacea APNEA monitorozáshoz	igen	igen	Transducerinterfacea APNEA monitorozáshoz hasi-rekeszizom szenzor
Beállítható paraméterek:		igen	
Belégzési idő:	min. 0.1-3.0 sec. Kérjük megadni!	igen	Belégzési idő: 0.1-3.0 sec
Frekvencia:	min. 5-120légzés/perc Kérjük megadni!	igen	Frekvencia: 5-120 légzés/perc
Apnoe idő:	min. 10-30 sec,5 sec-os lépésekben Kérjük megadni!	igen	Apnoe idő: 10-30 sec,5 sec-os lépésekben
Apnoe backup:	min. 1-120/perc Kérjük megadni!	igen	Apnoe backup: 1-120/perc
NCPAP:	alacsony nyomáson min. 0-15 l/min. áramlás magas nyomáson min.0-5 l/min. Kérjük megadni!	igen	NCPAP: alacsony nyomáson 0-15 l/min. áramlás magas nyomáson 0-5 l/min.
Kézi lélegzetvétel	igen	igen	Kézi lélegzetvétel
FiO2:	min. 21-100% Kérjük megadni!	igen	FiO2: 21-100%
Monitorozott paraméterek:		igen	
NCPAP:	min.:0-11 cmH2O Kérjük megadni!	igen	NCPAP: 0-15 cmH2O
MAP:	min.:0-15 cmH2O Kérjük megadni!	igen	MAP: 0-15 cmH2O

PIP:	min.:0-15 cmH2O Kérjük megadni!	igen	PIP: 0-15 cmH2O
PEEP:	min.:0-15 cmH2O Kérjük megadni!	igen	PEEP: 0-15 cmH2O
FiO2	igen	igen	FiO2
I:E arány	igen	igen	I:E arány
Spontán légzésszám	igen	igen	Spontán légzésszám
Minimum szállítandó tartozékok:		igen	
Fűtött belégzőszáras aktív légútipárásító (1 db)	igen	igen	Fűtött belégzőszáras aktív légútipárásító (1 db)
Légzőkör-készlet (1 db)	igen	igen	Légzőkör-készlet (1 db)
Adapterek (1-1 db) a palackos gázellátáshoz való csatlakozáshoz (O2, sűrített levegő)	igen	igen	Adapterek (1-1 db) a palackos gázellátáshoz való csatlakozáshoz (O2, sűrített levegő)
Alaptartozék készlet a fent felsorolt funkciók használatához	igen	igen	Alaptartozék készlet a fent felsorolt funkciók használatához

Tételszám	MEGNEVEZÉS	ELHELYEZÉS/MENNYISÉG
O20	Szállító inkubátor	Újszülött részleg 1 db

A/ Ajánlati lap

Gyártó:	<u>International Biomedical Ltd.</u>
Típus:	<u>A750i</u>
Forgalombahozatali engedély száma:	<u>CE 66632</u>

B/ Műszaki adatlap

Előírt paraméter	Követelmény	Megfelelés	Ajánlott paraméterek
Kis súlyú koraszülöttek intézményen belüli szállítására alkalmas	igen	Igen	Kis súlyú (1 kg alatti) koraszülöttek intézményen belüli szállítására alkalmas
Sugárzásos hőveszteséget csökkentő duplafalú búrakialakítás	igen	Igen	Sugárzásos hőveszteséget csökkentő duplafalú búrakialakítás
Fejvégi és oldalsó lenyitható ajtók	igen	Igen	Fejvégi és oldalsó lenyitható ajtók
Kezelő nyílások száma:	min. 4 db Kérjük megadni!	Igen	Kezelő nyílások száma: 4 db
Tartozéknyílások száma:	min. 4 db Kérjük megadni!	Igen	Tartozéknyílások száma: 5 db
Matractálca mérete:	min. 55 x 25 cm Kérjük megadni!	Igen	Matractálca mérete: 60,3 x 29,8 cm
Intubáláshoz kicsúsztható matractálca	igen	Igen	Intubáláshoz kicsúsztható matractálca
A búratér belső magassága:	min. 20 cm Kérjük megadni!	Igen	A búratér belső magassága: 22,9 cm
Rögzítőpántok a csecsemő rögzítésére	igen	Igen	Rögzítőpántok a csecsemő rögzítésére
A búra tetejére rögzíthető LED-es vizsgálólámpa	igen	Igen	A búra tetejére rögzíthető LED-es vizsgálólámpa
Beépített palacktartó 2 db gázpalack számára	igen	Igen	Beépített palacktartó 2 db gázpalack számára

178

kijelző az inkubátor vezérlésére	LED vagy LCD Kérjük megadni!	Igen	LED kijelző az inkubátor vezérlésére
Búratéri léghőmérséklet szabályozás, mérés és kijelzés	igen	Igen	Búratéri léghőmérséklet szabályozás, mérés és kijelzés
Beállítható búratéri léghőmérséklet:	min. 28 - 38°C, max. 0,5°C felbontással Kérjük megadni!	Igen	Beállítható búratéri léghőmérséklet: 17 – 38,9°C, 0,1°C felbontással
Bőrhőmérséklet mérés és kijelzés	igen	Igen	Bőrhőmérséklet mérés és kijelzés
Passzív párasító rendszer	igen	Igen	Passzív párasító rendszer
Beépített szaturáció mérés	igen	Igen	Beépített Nellcor szaturáció mérés
Infúziós állvány	igen	Igen	Infúziós állvány
Intelligens riasztási rendszer, hang és fényjelzéssel	igen	Igen	Intelligens riasztási rendszer, hang és fényjelzéssel
Hálózati és akkumulátoros üzemmód	igen	Igen	Hálózati és akkumulátoros üzemmód
Akkumulátor üzemideje:	min. 2 óra Kérjük megadni!	Igen	Akkumulátor üzemideje: 3 óra
Zajsztint:	max. 60 dB Kérjük megadni!	Igen	Zajsztint: <60 dB
Szállítókosz			
4 db kerék melyből legalább 2 db fékeezhető		Igen	4 db kerék melyből mind a 4 db fékeezhető
Tartozékok, eszközök elhelyezésére polcok száma:	min. 2 db Kérjük megadni!	Igen	Tartozékok, eszközök elhelyezésére polcok száma: 2 db